

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013
DZIAŁANIE 1.4 Wsparcie projektów celowych

Projekt nr POIG.01.04.00-14-161/10

Tytuł projektu: „*Nowe technologie przyjazne dla środowiska wykorzystujące surowce odnawialne w produktach chemii budowlanej*”

Okres realizacji projektu: 1.05.2011-30.06.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/04 z dnia 18.04.2011

Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych

I. ZAMAWIAJĄCY:

Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o.
ul. J.Conrada 7
01-922 Warszawa
NIP 786-000-52-42

ADRES DOSTAWY

Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o.
Ul. Kościńskiego 30
96-500 Sochaczew

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy Aparatury Badawczej:

1. Chromatograf gazowy z detektorem masowym – 1 zestaw.

Wymagania techniczne - Chromatograf Gazowy:

- maksymalne temperatury pracy 400°C
- manualny/automatyczny dozownik próbek

Wymagania techniczne – Detektor MS:

- typ EI
- zakres mas m/z min. 1000Da
- kwadropolowy system
- komplet niezbędnych części eksploatacyjnych
- oprogramowanie sterujące zgodne z systemem Windows XP lub 7
- biblioteki widm
- zestaw komputerowy (opcjonalnie).

2. Spektrometr podczerwieni FT-IR – 1 zestaw.

Wymagania techniczne:

- zakres pomiarowy 7800–350 cm⁻¹
- rozdzielczość optyczna lepsza niż 0.8 cm⁻¹
- przystawka ATR z optyką SeZn
- wyposażenie do badań transmisyjnych lepkich cieczy, past, proszków techniką rozmazu,
- komplet niezbędnych części eksploatacyjnych
- oprogramowanie sterujące zgodne z systemem Windows XP lub 7
- zestaw komputerowy (opcjonalnie).

3. Chromatograf cieczowy HPLC – 1 zestaw.

Wymagania techniczne:

- kolumna GPC o uniwersalnym zakresie pomiarowym
- detektor RID
- manualny dozownik próbek
- komplet niezbędnych części eksploatacyjnych
- oprogramowanie sterujące zgodne z systemem Windows XP lub 7
- zestaw komputerowy (opcjonalnie).

4. Aparat do przyspieszonych badań starzeniowych – 1 zestaw.

Wymagania techniczne:

- aparat dwufunkcyjny:

1. komora z lampą UV z elektronicznym sterowaniem
 2. komora klimatyczna z wymuszonym obiegiem powietrza z elektronicznym sterowaniem wilgotności (30...90%) i temperatury (10...+60 C).
- łączna pojemność min. 2500L.
 - wykonany ze stali nierdzewnej.

5. Aparat do badań wytrzymałościowych polimerów – 1 zestaw.

Wymagania techniczne:

- uniwersalna maszyna wytrzymałościowa do siły 50 kN
- klasa pomiarowa 0,5
- wyposażenie do prób ściskania
- uchwyty szczypcowe do badania elastomerów
- komplet niezbędnych części eksploatacyjnych
- oprogramowanie sterujące zgodne z systemem Windows XP lub 7
- zestaw komputerowy (opcjonalnie).

6. Analizator termogravimetryczny TGA – 1 zestaw.

Wymagania techniczne:

- pracę w zakresie temperatur 23°C do 1000°C
- czułość min. 0.1µg
- komputerowa kontrola temperatury, przepływu gazu oraz zbierania danych
- komplet niezbędnych części eksploatacyjnych
- oprogramowanie sterujące zgodne z systemem Windows XP lub 7
- zestaw komputerowy (opcjonalnie).

7. Aparat do oznaczania minimalnej temperatury tworzenia filmu MFT – 1 zestaw.

Wymagania techniczne:

- zakres temperaturowy: -5°C-60°C
- elektroniczne ustawianie temperatury.

III. TERMIN ZAMÓWIENIA

Dostarczenie przedmiotu zamówienia powinno nastąpić nie później niż dnia 27.06.2011r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Dostawca powinien przygotować ofertę w języku polskim lub angielskim, która powinna zawierać:

1. Pełną nazwę dostawcy, NIP, adres, numer telefonu osoby do kontaktów.

2. Cenę na wymieniony w niniejszym zapytaniu przedmiot zamówienia w rozróżnieniu na ceny jednostkowe netto oraz podatek VAT
3. Czas dostawy
4. Termin ważności oferty
5. Datę wystawienia oferty
6. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.
7. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Dostawcy.

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

1. Cena: 50pkt.
2. Termin dostawy: 20pkt.
3. Referencje: 10pkt
4. Użyteczność akcesoriów dodatkowych oferowanych bezpłatnie 0-10pkt
5. Warunki gwarancji i serwisu: 0-10pkt

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty muszą być dostarczone do 22.04.2010 do godziny 15.00.
2. Oferta może zostać przesłana na adres: k.jaskot@anser.pl, faxem na nr +48 46863 1118, kurierem bądź dostarczona osobiście na adres korespondencyjny:
Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o.
ul. Kościńskiego 30
96-500 Sochaczew
3. Zapytanie ofertowe zamieszczono: na stronie internetowej zamawiającego- www.anser.pl, oraz w siedzibie zamawiającego mieszczącej się przy ul. Chemików 1, 96-315 Wiskitki.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty.
2. W przypadku ofert obejmujących cały zakres zapytania kryterium cenowe stosuje się do sumy zamówienia.
3. Jeżeli firma, której oferta została wybrana rezygnuje z realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.